

Χρήστης: Anonymous

Διαβουλευσεις

► Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ► Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΠ "Ηλεκτρικού Συστήματος DRILL"

Δημοσιεύθηκε 11/01/2019

Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 25/01/2019

Μοναδικός Κωδικός 19DIAB000004007

6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2073
ΗΜ/ΝΙΑ: 30/01/2019



Φορέα

Επιστροφή

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

Γ.ΣΟ (ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

Κέρκυρα, 10-01-2019
Αρ.Πρωτ: 563

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ

&

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα Βιοϊατρικής

Ταχ. Δ/ση : Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες : Κούστας Αντώνιος, Νικοκάβουρα Μαρία
Τηλέφωνο : 26613 60867, 60642
Fax : 26610 81086
e-mail : biotechno@gmail.com
website : http://www.gnkerkyras.gr

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2131514293, 2131514551
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Θέμα: «1η Φάση Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γ.Ν.Κέρκυρας, βάση της Απόφασης 84η/θέμα 13ο/15-11-18».

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι, κατ'εφαρμογή της υπ.αριθμ. 84ης/13ο/15-11-18 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν.Κέρκυρας, τίθενται σε ανοιχτή 1η Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την "προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού":

1. Ηλεκτρικού Συστήματος DRILL
2. Αναλυτή Κυτταρομετρίας και Αναλυτή Χρωματογραφίας
3. Γυναικολογικού Υπερήχου
4. Μοτέρ Γναθοχειρουργικής
5. Εξοπλισμός Οφθαλμολογικού Τμήματος
6. Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης
7. Υπερήχου Γενικής Χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο το Νοσοκομείο να δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων μας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Ο Διοικητής

Κακαβίτσας Φοίβος - Ευάγγελος

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ**Email** georgouli@biogenesys.gr**Άρθρο** Ημ/νία **24/01/2019**

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Ιωάννινα, 24 Ιανουαρίου 2019

ΘΕΜΑ

Πρόσκληση για την 1η Φάση Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Έξοπλισμού στο

Γ.Ν.Κέρκυρας

«Ηλεκτρικό Σύστημα DRILL για Νευροχειρουργική Χρήση»

Αρ. Πρωτ. 563/10-01-2019

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Πρωτ. 563/10-01-2019 πρόσκλησης της 1ης Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια για «Ηλεκτρικό Σύστημα DRILL για Νευροχειρουργική Χρήση», παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας για τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνουμε να τροποποιηθούν, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ευρύτητας συμμετοχής, της ανάπτυξης ανταγωνισμού, της υψηλής ποιότητας υλικών και της καλύτερης κάλυψης των αναγκών των ασθενών.

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-DRILL ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Να δύναται να συνδεθεί με νευροχειρουργικό κινητήρα τουρ υψηλής ταχύτητας έως 75.000rpm.

Προτείνουμε η ταχύτητα να τροποποιηθεί σε «έως 80.000rpm».

2) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ: Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-Α/Α 1. Εύρος λειτουργίας στροφών από ελάχιστο 200 σ.α.λ περίπου μέχρι το μέγιστο 75.000 σ.α.λ περίπου.

Προτείνουμε το εύρος λειτουργίας στροφών να τροποποιηθεί «έως 80.000rpm» περίπου.

-Α/Α 14. Να διαθέτει χειρολαβή Perforator τύπου Hudson με δυνατότητα περιστροφής έως 1000rpm

Προτείνουμε η δυνατότητα περιστροφής της χειρολαβής να τροποποιηθεί «έως 1200rpm».

3) ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- Άμεση αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος σε περίπτωση βλάβης.

- Εκπαίδευση του προσωπικού του χειρουργείου από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο με σχετικά πιστοποιητικά (εκπαίδευσης, παρουσίας σε χειρουργεία

κ.λ.π.)

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες-διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Ελευθερία Γεωργούλη

Τμήμα Διαγωνισμών

Όνομα ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ**Email** idiakou@protoncy.gr**Άρθρο** Σχόλια επι των προδιαγραφών**Ημ/νία** 22/01/2019

Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 0000003558

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2019

ΘΕΜΑ: 1η Φάση δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. Πρωτ. 563/10-01-2019, ανάρτησης προς διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, σας αποστέλλουμε τα σχόλιά μας:

Η εταιρία μας προτίθεται να συμμετάσχει στον υπό κρίση διαγωνισμό και να υποβάλλει προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη της διακήρυξης, προσφέροντας υπερηχογράφο, της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, του κατασκευαστικού οίκου Canon Medical Systems Ιαπωνίας, ο οποίος φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

Η τεχνολογία στα συστήματα υπερήχων εξελίσσεται και έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε ένα κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα υπερήχου.

Θα θέλαμε να προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές επί των προδιαγραφών:

Α/Α 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

1. Βασική μονάδα

Στην παράγραφο 3.: Ηχοβόλο κεφαλή MicroConnex για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-9 MHz τουλάχιστον). Να αναφερθεί η γωνία σάρωσης και άλλα χαρακτηριστικά της

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας

Ηχοβόλο κεφαλή MicroConnex για εξετάσεις ενδοκολπικές, μαιευτικές, γυναικολογικές και προγεννητικό έλεγχο, τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4-9 MHz) και υψηλής κυρτότητας 1600 τουλάχιστον. Να αναφερθεί η γωνία σάρωσης και άλλα χαρακτηριστικά της.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Στην παράγραφο: «• Contrast Harmonic Imaging Πανοραμική Απεικόνιση (Panoramic View)

• Streets Echo»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας, με τεχνικές που αφορούν ένα σύστημα μαιευτικής γυναικολογίας

«• Ελαστογραφία (Elastography) και Πανοραμική Απεικόνιση (Panoramic View)»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην παράγραφο: «Να διαθέτει βάθος σάρωσης ≥ 30 cm»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε όλους τους σωματότυπους ασθενών, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας.:

«Να διαθέτει βάθος σάρωσης 40 cm»

Α/Α 7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην παράγραφο 2.: «Ηχοβόλο κεφαλή Connex , ευρέος φάσματος συχνοτήτων (2- 6 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας , ουρολογίας ,γυναικολογίας κ.λ.π. και η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών.»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας και σύμφωνα με τις παραγράφους στο «ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ», όπου ζητείται λογισμικό ελαστογραφίας Strain και Contrast Harmonic Imaging στη σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος

«Ηχοβόλο κεφαλή Connex , ευρέος φάσματος συχνοτήτων (2- 6 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας , ουρολογίας ,γυναικολογίας κ.λ.π. και η οποία να είναι κατάλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας και σκιαγραφικών, καθώς και να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών.»

Στην παράγραφο 3.: «Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array , ευρέος φάσματος συχνοτήτων (5-12MHz), κατάλληλη για εξετάσεις οργάνων, περιφερικών & εν τω βάθει αγγείων ,μυοσκελετικού ,μαστού, καταλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας ,καταλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging) και η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών.»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ευρύτατη δυνατή συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η ελαστογραφία χρησιμοποιείται ευρέως σε επιφανειακά όργανα, μαλακά μόρια, άνω κάτω κοιλία και ενδοκοιλιακά. Στις εν λόγω προδιαγραφές, η λειτουργία της ελαστογραφίας ζητείται μόνο στη Linear κεφαλή χαμηλού εύρους συχνοτήτων, κατάλληλη για περιφερικά και εν τω βάθει αγγεία.

«Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array , ευρέος φάσματος συχνοτήτων (5-12MHz), κατάλληλη για εξετάσεις οργάνων, περιφερικών & εν τω βάθει αγγείων ,μυοσκελετικού ,μαστού, καταλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης (Contrast Harmonic Imaging) και η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών.»

Στην παράγραφο 4.: «Ηχοβόλο κεφαλή Linear τεχνολογίας, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (7-16 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων, Μαστών, θυροειδούς, όσχεου, κλπ.»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας και σύμφωνα με τις παραγράφους στο «ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ», όπου ζητείται λογισμικό ελαστογραφίας Strain και Contrast Harmonic Imaging στη σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος

Η ελαστογραφία χρησιμοποιείται ευρέως σε επιφανειακά όργανα, μαλακά μόρια, άνω κάτω κοιλία και ενδοκοιλιακά.

«Ηχοβόλο κεφαλή Linear τεχνολογίας, ευρέως φάσματος συχνοτήτων (7-18 MHz), κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων, Μαστών, θυροειδούς, όσχεου, κλπ. η οποία να είναι κατάλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας και σκιαγραφικών και να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών.»

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ

Στην παράγραφο: «LINEAR Array 3-13 MHz»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα και να είναι σύμφωνο με το εύρος συχνότητων που ζητείται στη βασική σύνθεση του συστήματος..

«LINEAR Array 3-18 MHz»

Στην παράγραφο: «4D Microconvex ενδοκοιλιακή 4-9 MHz με γωνία σάρωσης > 1300»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα ώστε να είναι ευκολότερη η απεικόνιση σε δύσκολα περιστατικά.

«4D Microconvex ενδοκοιλιακή 4-9 MHz με γωνία σάρωσης > 1600»

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Στην παράγραφο: «Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας Shearwave με εφαρμογή σε κεφαλές Linear για επιφανειακά όργανα καθώς και σε κεφαλές convex για εξετάσεις ελαστογραφίας με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων σε μονάδα μέτρησης kra»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα ώστε η ελαστογραφία να χρησιμοποιείται σε επιφανειακά όργανα, μαλακά μόρια, άνω κάτω κοιλία και ενδοκοιλιακά.

«Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας Shearwave με εφαρμογή σε κεφαλές Linear για επιφανειακά όργανα καθώς και σε κεφαλές convex για εξετάσεις ελαστογραφίας με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων σε μονάδα μέτρησης Kra»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην παράγραφο: «Βάθος σάρωσης ≥ 28 cm»

Όπως διαμορφωθεί, ώστε να διασφαλίζεται η προμήθεια της πλέον τεχνολογικής εξέλιξης σύστημα, για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε όλους τους σωματότυπους ασθενών, που απαιτείται για το νοσοκομείο σας.:

«Βάθος σάρωσης 40 cm»

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

Μαρίλένα Τουρνίτις
Ειδικός Πωλήσεων

Canon Medical Systems U.S.