

Χρήστης: Αnonymous

Διαβουλεύσεις

Φορέας

Επιστροφή

► Αναζήτηση Διαβουλεύσεων ► Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΠ "Αναλυτή Κυτταρομετρίας και Αναλυτή Χρωματογραφίας"

Δημοσιεύθηκε 11/01/2019 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 25/01/2019

Μοναδικός Κωδικός 19ΔΙΑΒ000004008

2
6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρ.Πρωτ.: 2074
ΗΜ/ΝΙΑ: 30/01/2019Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων1^ο ΣΟ (Νικοκάβουρα)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Κέρκυρα, 10-01-2019
Αρ.Πρωτ: 563

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ

&

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία - Τμήμα ΒιοϊατρικήςΤαχ. Δ/ση : Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες : Κούστας Αντώνιος, Νικοκάβουρα Μαρία
Τηλέφωνο : 26613 60867, 60642
Fax : 26610 81086
e-mail : biotechno@gmail.com
website : <http://www.gnkerkyras.gr>Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Κάνιγγος 20, 10181 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2131514293, 2131514551
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

Θέμα: «1η Φάση Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γ.Ν.Κέρκυρας, βάση της Απόφασης 84η/θέμα 13ο/15-11-18».

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι, κατέφαρμγή της υπ.αριθμ. 84ης/13ο/15-11-18 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν.Κέρκυρας, τίθενται σε ανοιχτή 1η Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την "προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού":

1. Ηλεκτρικού Συστήματος DRILL
2. Αναλυτή Κυτταρομετρίας και Αναλυτή Χρωματογραφίας
3. Γυναικολογικού Υπερήχου
4. Μοτέρ Γναθοχειρουργικής
5. Εξοπλισμός Οφθαλμολογικού Τμήματος
6. Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης
7. Υπερήχου Γενικής Χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο το Νοσοκομείο να δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων μας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Ο Διοικητής

Κακαβίτσας Φοίβος - Ευάγγελος

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα **SafeBlood** Email Άρθρο **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** 1ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ημ/νία

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 112/25-01-2019

ΠΡΟΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ

ΥΠΟΨΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γενικό
Νοσοκομείο Κέρκυρας βάσει της Απόφασης 84η/Θεμα 13ο/15-11-2018

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι,

Στα πλαίσια της διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών θα θέλαμε να υποβάλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις για

ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

B. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Προδιαγραφή 15

Αναφέρεται: «Να συλλέγονται τουλάχιστον 3 παράμετροι του παλμού».

Απάντηση

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιλογή της συλλογής των 3 σημάτων μπορεί να γίνει για όλες τις παραμέτρους.

Για λόγους σαφήνειας προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να συλλέγονται τουλάχιστον 3 σήματα του παλμού για κάθε παράμετρο».

Προδιαγραφή 17

Αναφέρεται: «Να αναφερθεί η διαδικασία ρύθμισης του αναλυτή, ώστε να αξιολογηθεί η ευκολία της».

Απάντηση

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ο αριθμός των δοκιμασιών που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί ότι ευκολία της διαδικασίας θεωρείται ο αριθμός των δοκιμασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ποιοτικού ελέγχου, καθώς και τα βήματα μέσω του λογισμικού του αναλυτή.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να αναφερθεί η διαδικασία ρύθμισης του αναλυτή. Συγκεκριμένα: ο αριθμός των δοκιμασιών που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου καθώς και τα βήματα μέσω του λογισμικού του αναλυτή, ώστε να επιβεβαιώνεται η ευκολία της διαδικασίας».

Προδιαγραφή 18

Αναφέρεται: «Να συνοδεύεται από δειγματολήπτη μικροπλάκων και από δειγματολήπτη σωληναρίων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο οι εξετάσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί την χρήση μικροπλάκας όσο και εξετάσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί την χρήση σωληναρίων».

Απάντηση

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε κατά πόσο θα γίνει αποδεκτή η επιλογή της ίδιας βάσης του δειγματολήπτη τόσο για την μικροπλάκα, όσο και για τα σωληνάκια.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να συνοδεύεται από δειγματολήπτη μικροπλάκων και από δειγματολήπτη σωληναρίων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο οι εξετάσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί την χρήση μικροπλάκας όσο και εξετάσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί την χρήση σωληναρίων. Αποδεκτή και η επιλογή μιας βάσης στην οποία θα μπορεί να ενσωματωθεί τόσο ο δειγματολήπτης των μικροπλάκων όσο και ο δειγματολήπτης των σωληναρίων».

Προδιαγραφή 19

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά των δειγματοληπτών.

Απάντηση:

Θα θέλαμε να προστεθούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως είναι τα είδη των σωληναρίων, ο αριθμός των σωληναρίων στον δειγματολήπτη, τα είδη των μικροπλάκων και η δυνατότητα ανάδευσης των δειγμάτων τόσο στα σωληνάρια όσο και στην μικροπλάκα.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να αναφερθούν χαρακτηριστικά των δειγματοληπτών όπως: α) τα είδη των σωληναρίων, β) ο αριθμός των σωληναρίων στον δειγματολήπτη, γ) τα είδη των μικροπλάκων, γ) η δυνατότητα ανάδευσης των δειγμάτων τόσο στα σωληνάρια όσο και στην μικροπλάκα».

Προδιαγραφή 20

Αναφέρεται: Να έχει την δυνατότητα μέτρησης και μεμονωμένων σωληναρίων.

Απάντηση:

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν επιθυμείτε την δυνατότητα μέτρησης ενώ υπάρχει ο δειγματολήπτης.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να έχει την δυνατότητα μέτρησης και μεμονωμένων σωληναρίων ενώ είναι τοποθετημένος ο δειγματολήπτης/ βάση είτε των μικροπλάκων, είτε των σωληναρίων».

Προδιαγραφή 22

Αναφέρεται: «Να αναφερθούν τα επιπλέον χαρακτηριστικά του αναλυτή».

Απάντηση:

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ζητηθούν οι δυνατότητες αναβάθμισης του αναλυτή, εφόσον τα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ήδη ζητηθεί.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να αναφερθούν οι πιθανές αναβαθμίσεις του αναλυτή».

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προδιαγραφή 7

Αναφέρεται: «Να μπορεί ο χειριστής να δημιουργεί panel ανάλυσης και να εκτυπώνονται αυτόματα προεπιλεγμένα αποτελέσματα ασθενών ανά panel».

Απάντηση:

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναφερθούν και επιλογές που διαθέτει το λογισμικό σε σχέση με τις επιλογές αναφοράς.

Προτείνουμε η προδιαγραφή να γίνει:

«Να μπορεί ο χειριστής να δημιουργεί panel ανάλυσης και να εκτυπώνονται και αυτόματα προεπιλεγμένα αποτελέσματα ασθενών ανά panel. Να αναφερθούν οι επιπλέον επιλογές αναφοράς όπως: τμήμα, όνομα χειριστή, τηλέφωνο κ.α».

Για την SafeBlood BioAnalytica A.E.

Ευτυχία Βαλασιάδη

Product Manager Κυτταρομετρίας Ροής

Όνομα **LERIVA**
DIAGNOSTICS A.E.

Email
cdritsou@leriva

Άρθρο **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ LERIVA DIAGNOSTICS**
A.E. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ημ/via
ΑΝΑΛΥΤΗ
24/01/2019

ΠΡΟΣ

Θη Υ.Π.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τεχνική Υπηρεσία – Τμήμα Βιοϊατρικής

Μερίσσια, 22/01/2019/ΜΓ/ΧΝ -

ΘΕΜΑ: «1η Φάση Δημόσιας διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Γ.Ν. Κέρκυρας, βάση της Απόφασης 84η/Θέμα 13ο/15-11-18».

Κύριοι,

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του οίκου BECKMAN COULTER, επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στον επικείμενο διαγωνισμό για την προμήθεια του είδους 2 « Αναλυτή Κυτταρομετρίας και Αναλυτή Χρωματογραφίας» όπως αυτός περιγράφεται στη Δημόσια διαβούλευση που το Νοσοκομείο σας έχει

αναρτήσει.

Προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής μας στην διαγωνιστική διαδικασία εξασφαλίζοντας για το Νοσοκομείο σας την προαγωγή του ανταγωνισμού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Προδιαγραφή 5

Αρχική Μορφή Προδιαγραφής 5:

Να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία για το FITC και το PE, τουλάχιστον <100 MESF.

Κριτήριο για την ευαισθησία των κυτταρομετρητών ροής, εκτός των τιμών MESF, αποτελεί και η ψηφιακή επεξεργασία των παραγόμενων σημάτων. Οι αναλυτές της εταιρείας Beckman Coulter, που εδώ και πολλά έτη είναι εγκατεστημένοι στην πλειοψηφία των κλινικών εργαστηρίων, διαθέτουν υψηλή ευαισθησία και δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας των παραγόμενων σημάτων της τάξεως των 20bit (1,048,576 κανάλια) που επιτρέπει υψηλότερη ακρίβεια και μεγαλύτερη αξιοποίηση της λογαριθμικής κλίμακας σε σχέση με αναλυτές χαμηλότερης ψηφιακής ανάλυσης. Το αποτέλεσμα της υψηλής ευαισθησίας και της υψηλής ψηφιακής ανάλυσης που διαθέτει ο αναλυτής είναι να παράγει αποτελέσματα υψηλής αξιοπιστίας και να έχει ικανότητα διάκρισης μεταξύ ιδιαίτερα ασθενών σημάτων με συνέπεια να διακρίνονται με ευκολία σπάνιοι πληθυσμοί όπως αυτοί που αναζητώνται στις εξετάσεις της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου.

Προκειμένου να μας επιτραπεί να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό και να μην αποτελεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή αιτία αποκλεισμού, θα θέλαμε να τροποποιηθεί η τιμή MESF στα 110, καθώς αυτό δεν επηρεάζει στο ελάχιστο την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή ως εξής :

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής 5:

Να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία για το FITC και το PE, τουλάχιστον <110 MESF.

Προδιαγραφή 14

Αρχική Μορφή Προδιαγραφής 14:

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατώφλι ανίχνευσης σημάτων (trigger/threshold) οποιαδήποτε παράμετρος (σκέδασης ή φθορισμού) και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών.

Το κατώφλι ανίχνευσης σημάτων (trigger/threshold) χρησιμοποιείται προκειμένου να αποκλεισθεί ο ηλεκτρονικός θόρυβος και τα σωματίδια (debris) που δεν χρειάζονται στην ανάλυση των υπό μελέτη κυτταρικών πληθυσμών. Στις αναλύσεις κλινικής ρουτίνας ο παραπάνω αποκλεισμός επιτυγχάνεται συνήθως με τη χρήση μόνο της πρόσθιας σκέδασης (FS), χωρίς να συνδυάζεται με κάποια άλλη παράμετρο. Επιπλέον, οι σύγχρονοι κυτταρομετρητές ροής διαθέτουν λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες την οριοθέτηση κυττάρων (gating) μέσω συνδυασμού οριοθετήσεων (gates) ακολουθώντας «Boolean λογική», με σκοπό την εξαίρεση των μη επιθυμητών γεγονότων (events). Επιπρόσθετα, το λογισμικό του αναλυτή που θα προσφέρουμε διαθέτει ένα επιπλέον εργαλείο για την εξαίρεση των ανεπιθύμητων γεγονότων, με το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μέσω οριοθέτησης μόνο τα επιθυμητά γεγονότα προς αποθήκευση, μειώνοντας έτσι τον όγκο του αρχείου του δείγματος (lmd file).

Προτείνουμε την παρακάτω αλλαγή στην διατύπωση της προδιαγραφής ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η απαίτηση του εργαστηρίου αλλά και η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό.:

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής 14:

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατώφλι ανίχνευσης σημάτων (trigger/threshold) οποιαδήποτε παράμετρος (σκέδασης ή φθορισμού) και οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών, ή εναλλακτικά να διαθέτει λογισμικό για τον αποκλεισμό ανεπιθύμητων γεγονότων από την αποθήκευσή τους στο παραγόμενο αρχείο (lmd file).

Προδιαγραφή 18

Αρχική Μορφή Προδιαγραφής 18:

Να συνοδεύεται από δειγματολήπτη μικροπλάκων και από δειγματολήπτη σωληναρίων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο εξετάσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί την χρήση μικροπλάκας όσο και εξετάσεις όπου το πρωτόκολλο απαιτεί την χρήση σωληναρίων.

Η χρήση μικροπλάκων αφορά σπάνιες εφαρμογές της κυτταρομετρίας ροής και είναι χρήσιμη για δείγματα με πολύ μικρό τελικό όγκο. Ο τελικός όγκος δείγματος στην κλινική ρουτίνα κυμαίνεται από 300μL – 500μL, οπότε απαιτείται η χρήση σωληναρίων RIA. Ο κυτταρομετρητής ροής του Οίκου Beckman Coulter που θα προσφέρουμε στο διαγωνισμό, μπορεί να αναλύσει δείγματα ακόμα και στην περίπτωση που ο τελικός όγκος θα είναι μικρότερος των 10μL, με χρήση σωληναρίων RIA καθώς διαθέτει εξελιγμένο δειγματολήπτη, με αποτέλεσμα να έχει νεκρό όγκο μόνο 2μL.

Για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό προτείνουμε να παραληφθεί από την προδιαγραφή η συγκεκριμένη απαίτηση για χρήση μικροπλάκας. Το δεύτερο σκέλος όσον αφορά το δειγματολήπτη σωληναρίων αναφέρεται και παρακάτω στην προδιαγραφή 20 στην οποία μπορεί να ενσωματωθεί.

Θέλουμε επίσης να σημειώσουμε ότι είναι σημαντικό για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων το προς ανάλυση δείγμα να είναι ομοιογενές και ειδικά στις εξετάσεις όπου χρησιμοποιούνται μικροσφαιρίδια (π.χ. πειράματα σφαιριδομετρίας, μέτρηση απόλυτου αριθμού κυττάρων). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο κυτταρομετρητής ροής να έχει δυνατότητα ανάδευσης των δειγμάτων πριν την ανάλυσή τους.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής 18:

Να συνοδεύεται από αυτόματο δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων με δυνατότητα ανάδευσης των δειγμάτων πριν τη χρήση.

Προδιαγραφή 20

Αρχική Μορφή Προδιαγραφής 20:

Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης και μεμονωμένων σωληνάρων.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής 20 μετά από σύμπτυξη με τη 18

Να φέρει αυτόματο δειγματολήπτη πολλαπλών θέσεων με δυνατότητα μέτρησης μεμονωμένων σωληνάρων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προδιαγραφή 6

Αρχική Μορφή Προδιαγραφής 6:

Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να είναι απόλυτα συμβατό με εφαρμογές σφαιριδομετρίας. Να αναφερθεί βιβλιογραφία που να δηλώνει την συμβατότητα μεταξύ των αντιδραστηρίων της εταιρίας και του μηχανήματος.

Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα κυτταρομετρητών είναι εφικτή η σφαιριδομετρία.

Οι εταιρίες που διαθέτουν kit σφαιριδομετρίας προσφέρουν λογισμικό ανεξάρτητο από αυτό του αναλυτή για την εύκολη ανάλυση των παραγόμενων από τον κυτταρομετρητή αρχείων ενώ στις οδηγίες χρήσεως των kit σφαιριδομετρίας αναφέρονται και οι προδιαγραφές του κυτταρομετρητή ροής που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ανάλυση (lasers, οπτικά φίλτρα) ώστε να εξασφαλίζεται συμβατότητα.. Τυχαιίνει κάποιες εταιρείες παραγωγής kit σφαιριδομετρίας να διαθέτουν και κυτταρομετρητές ροής και για το λόγο αυτό να έχουν ενσωματώσει τα δυο λογισμικά σε ένα.

Ζητάμε την αλλαγή στη διατύπωση της προδιαγραφής όπως παρακάτω καθώς δεν θα επηρεάσει στο ελάχιστο την δυνατότητα εκτέλεσης πειραμάτων σφαιριδομετρίας από το εργαστήριο.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής 6:

Το λογισμικό πρόγραμμα του αναλυτή να επιτρέπει την εκτέλεση εφαρμογών σφαιριδομετρίας. Να αναφερθεί βιβλιογραφία που να δηλώνει τη συμβατότητα μεταξύ των αντιδραστηρίων της εταιρίας και του μηχανήματος.

Προδιαγραφή 10

Αρχική Μορφή Προδιαγραφής 10:

Να μετρά τον απόλυτο αριθμό κυττάρων με πρότυπα σφαιρίδια. Η μέτρηση να είναι πιστοποιημένη βάσει των διεθνών κανονισμών π.χ. CLSI.

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί σήμανση CE για το λογισμικό και τα σφαιρίδια.

Προτεινόμενη Διατύπωση Προδιαγραφής 10:

Να μετρά τον απόλυτο αριθμό κυττάρων με πρότυπα σφαιρίδια. Η μέτρηση να είναι πιστοποιημένη βάσει των διεθνών κανονισμών π.χ. CLSI και να διαθέτει CE & IVD.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ