

Χρήστης: Anonymous

Φορέας

Γπιστροφί

Διαβουλεύσεις


Αναζήτηση Διαβουλεύσεων > Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αναζήτηση
Διαβουλεύσεων

Δημοσιεύθηκε 30/03/2021 Τελευταία ανανέωση Ημ/νία Λήξης 14/04/2021

Μοναδικός Κωδικός 21D1AB000016152

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚέρκυρα, 26-03-2021
Αρ.Πρωτ: 5453 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ &Ταχ. Δ/ση : Κοντόκαλι, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες : ΤΣΑΡΑ Δ.
Τηλέφωνο : 26613 - 60868
e-mail : d.tsara@gnkerkyras.gr
website : http://www.gnkerkyras.gr6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6986
ΗΜ/ΝΙΑ: 16/04/2021Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/
Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Κόνιγγος 20, 10181 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2131514293, 2131514551
e-mail: dlavouefsi@eprocurement.gov.gr

Θέμα: «2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας :

- Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
- Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.
- Γ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.

Για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάση της Απόφασης 3ης/θέμα 7ο/19-01-2021».

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι, κατ' εφαρμογή της υπ. αριθμ. 3ης/θέμα 7ο/19-01-2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Ν. Κέρκυρας, τίθενται σε ανοιχτή 2η Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια :

- Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
- Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.
- Γ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.

1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,
2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες δύναται να τροποποιηθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο το Νοσοκομείο να δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων μας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στην διαδικασία και θα αναρτώνται οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Ο Διοικητής

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Κατεβάστε το αρχείο

Σχόλια

Όνομα
DIAGNOSTICS AELERIVA Email
cdritsou@leriva.comΆρθρο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
DIAGNOSTICS AELERIVA Ημ/νία
05/04/2021

Αξιότιμοι,

Σχετικά με την από 26-03-2021 ανακοίνωση σας με Μοναδικό Κωδικό 21ΔΙΑΒ000016152 και θέμα «2η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες προμήθειας :

Α) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
Β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ.
Γ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ,
Για τον εξοπλισμό του Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, βάση της Απόφασης 3ης/θέμα 7ο/19-01-2021».

Ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Ελλάδα του κατασκευαστικού οίκου BECKMAN COULTER καταθέτουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Προδιαγραφή 14

Αρχική μορφή Προδιαγραφής

Να έχει χωρητικότητα άνω των 100 δειγμάτων σε δειγματολήπτη συνεχούς φόρτωσης. Η απελευθέρωση τους να από τον αναλυτή να γίνεται εντός μικρού χρόνου ή να υπάρχει άμεση, εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο δείγμα.

Αιτουμένη Διατύπωση Προδιαγραφής

Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 100 δειγμάτων σε δειγματολήπτη συνεχούς φόρτωσης. Η απελευθέρωση τους να από τον αναλυτή να γίνεται εντός μικρού χρόνου ή να υπάρχει άμεση, εύκολη και ασφαλής πρόσβαση στο δείγμα.

Σχόλια επί της Προδιαγραφής

Ο ανοσοβιοχημικός αναλυτής PowerLink που θα προσφέρουμε στο διαγωνισμό σας έχει δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης 100 σωληναρίων. Η αρχική διατύπωση της προδιαγραφής μας αφαιρεί την δυνατότητα συμμετοχής από τον διαγωνισμό με απόλυτα οριακό τρόπο.

Ο ανοσοβιοχημικός PowerLink διαθέτει υπερκαλύπτει όλες τις άλλες ζητούμενες προδιαγραφές και συγκεκριμένα έχει παραγωγικότητα 400 ανοσολογικών εξετάσεων την ώρα και 800 βιοχημικών χωρίς να συνυπολογίζονται οι εξετάσεις ηλεκτρολυτών. Επιπρόσθετα οι ανοσολογικές εξετάσεις εκτελούνται ταυτόχρονα με τις βιοχημικές, διότι το δείγμα οδηγείται πρώτα στον ανοσολογικό αναλυτή οποίος με μια μόνη αναρρόφηση συλλεγεί όλη τον απαιτούμενο όγκο δείγματος και έτσι το δείγμα οδεύει άμεσα στον βιοχημικό αναλυτή. Η ιδιότητα αυτή καθιστά μοναδικό το PowerLink και δρα ως πολλαπλασιαστή ισχύος.

Επιπλέον αποπρωματίζει τα σωληνάρια μειώνοντας δραματικά την πιθανότητα έκθεσης των χειριστών σε μολυσματικούς παράγοντες.

Με την ελαχίστη αυτή αλλαγή δεν επηρεάζονται στο ελάχιστο οι απαιτήσεις του εργαστηρίου ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε την ευκαιρία να σας προσφέρουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

Ζητάμε οι εξετάσεις με:

α/α 22 LITHIUM αριθμός ζητούμενων εξετάσεων 200

α/α 24 anti-CCP αριθμός ζητούμενων εξετάσεων 100

α/α 66 Kappa αριθμός ζητούμενων εξετάσεων 350

α/α 67 Lambda αριθμός ζητούμενων εξετάσεων 350

Να απαλειφθούν ή να ζητηθούν ως προαιρετικές. Καθώς ο ζητούμενος αριθμός είναι πολύ μικρός δεν θα πρέπει να επηρεάσει την δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Βρισκόμαστε στην διάθεσή της επιτροπής για οποιαδήποτε διευκρίνιση καθώς και για να παρουσιάσουμε εκτενέστερα την τεχνολογία του κατασκευαστικού οίκου Beckman Coulter.

Με εκτίμηση,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Όνομα	MEDICON Email	Άρθρο	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΕΠΙ	ΤΗΣ Ημ/via
HELLAS A.E.	diag@mediconsa.com	ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ			05/04/2021

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφερόμενοι στην δημόσια διαβούλευση 5453/26-03-2021 τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων βιοχημικών και ανοσολογικών αναλυτών θα θέλαμε να σας προτείνουμε – επιστήσουμε την προσοχή στο παρακάτω:

Στις τεχνικές προδιαγραφές αυτόματου ανοσοβιοχημικού αναλυτή (σελίδα 4) η προδιαγραφή 29 απαιτεί να προσφερθεί βιοχημικός αναλυτής για την εφημερία, όπως και η προδιαγραφή 30 απαιτεί να προσφερθεί ανοσολογικός αναλυτής για την κάλυψη επείγουσών εξετάσεων.

Προς αποφυγή παρερμηνειών κατά την αξιολογική διαδικασία προτείνουμε η διακήρυξη να αναφέρει ότι ο δεύτερος βιοχημικός αναλυτής καθώς και ο δεύτερος ανοσολογικός αναλυτής θα εγκατασταθούν στο εργαστήριο εφημερίας και ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χωροταξικές δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Medicon Hellas A.E.