

**ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.2026ΔΙΑΒ32752 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ
ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ»**

1)ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ

6η Υ.Πε.
Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ <<ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ>>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 9176
ΗΜ/ΝΙΑ: 13/05/2026



Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας περί διαβούλευσης επί των ζητούμενων ειδών , με την παρούσα επιστολή και με σεβασμό στην αναθέτουσα αρχή, παραθέτουμε τις παρατηρήσεις μας στα ακόλουθα σημεία συμβουλευτικά και προς διόρθωση, χωρίς να μειώνονται ούτε κατ' ελάχιστο οι απαιτήσεις του νοσοκομείου για την συγκεκριμένη προμήθεια. Αντιθέτως οι προτάσεις μας μπορούν να χαρακτηριστούν σημαντικές και προς όφελος για την βελτιστοποίηση της ροής εργασίας.

Ένας σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει λύση ουσιαστική σε λειτουργικό επίπεδο. Επίσης στα πλαίσια προμήθειας του εν λόγω συνοδού εξοπλισμού μέσω ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, οι προδιαγραφές πρέπει να είναι κατάλληλες τόσο για την κάλυψη των αναγκών όσο και για τη μέγιστη δυνατή ύπαρξη συμμετεχόντων προμηθευτών στη διαγωνιστική διαδικασία, με σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό.

Οι παρατηρήσεις μας αφορούν τις προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού και των ζητούμενων εξετάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ & ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ:

Ός προς την προδιαγραφή 3 (σελ. 3-4 της διαβούλευσης): «Το συνολικό κόστος της προσφοράς ... Απαιτείται να προσφερθεί ο απαραίτητος αριθμός ακέραιων συσκευασιών αντιδραστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω (αριθμός εξετάσεων, calibrators, σταθερότητα επί των αναλυτών) και επιπλέον ότι οι εξετάσεις με ετήσιο αριθμό άνω των 1800, θα εκτελούνται τόσο στον κύριο όσο και στον αναλυτή εφημερίας (στα πλαίσια πάντα της λίστας των εξετάσεων που ζητούνται για καθένα από αυτά), ενώ οι εξετάσεις με ετήσιο αριθμό μικρότερο ή ίσο από 1800 (με εξαίρεση το “χλώριο”), θα εκτελούνται μόνο σε ένα εκ των δύο αναλυτικών συστημάτων, άλλες μόνο στον κύριο αναλυτή και άλλες μόνο στον αναλυτή εφημερίας. (στα πλαίσια πάντα της λίστας των εξετάσεων που ζητούνται για καθένα από αυτά).».

Προς αποφυγή ασαφειών και προς διευκόλυνση της σύνταξης της προσφοράς της εταιρείας μας, προτείνουμε να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως εξής:

«Το συνολικό κόστος της προσφοράς ... Απαιτείται να προσφερθεί ο απαραίτητος αριθμός ακέραιων συσκευασιών αντιδραστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω (αριθμός εξετάσεων, calibrators, σταθερότητα επί των αναλυτών) και επιπλέον ότι οι εξετάσεις με ετήσιο αριθμό άνω των 1800, θα εκτελούνται τόσο στον κύριο όσο και στον αναλυτή εφημερίας (στα πλαίσια πάντα της λίστας των εξετάσεων που ζητούνται για καθένα από αυτά), ενώ οι εξετάσεις με ετήσιο αριθμό μικρότερο ή ίσο από 1800 (με εξαίρεση το “χλώριο”), θα εκτελούνται μόνο σε ένα εκ των δύο αναλυτικών συστημάτων, άλλες μόνο στον κύριο αναλυτή και άλλες μόνο στον αναλυτή εφημερίας (στα πλαίσια πάντα της λίστας των εξετάσεων που ζητούνται για καθένα από αυτά) και απαιτείται να προσφερθεί ο απαραίτητος ακέραιος αριθμός συσκευασιών αντιδραστηρίων, για την

κάλυψη και μόνο του ζητούμενου αριθμού εξετάσεων, χωρίς να ληφθεί υπόψη η σταθερότητα των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή (αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερες από δύο ανά έτος)».

Ως προς την προδιαγραφή 36 (σελ. 7 της διαβούλευσης): «Να προσφερθεί σύστημα διαχείρισης αποθήκης που να μπορεί να αναγνωρίζει τα υλικά με ετικέτες γραμμικού κώδικα ή RFID χωρίς να απαιτεί επικόλληση ειδικής ετικέτας σε είδη του προμηθευτή. Να μπορεί να ενημερώνει και να δημιουργεί αναφορές για ημερομηνίες λήξης και απόθεμα και να μπορεί να προετοιμάζει τις επόμενες παραγγελίες με βάση τα καθοριζόμενα από τον χρήστη όρια. Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και από άλλον επιπλέον υπολογιστή του εργαστηρίου. Να έχει δυνατότητα επιπλέον διαχείρισης περισσότερων προϊόντων τρίτων προμηθευτών, καθώς και παρακολούθησης του αποθέματος με συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με το χρόνο λήξης των υλικών».

Για την ευρεία συμμετοχή εταιρειών και την υγιή ανάπτυξη ανταγωνισμού, προτείνουμε να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη προδιαγραφή ως εξής:

«Να προσφερθεί σύστημα που να μπορεί να αναγνωρίζει τα υλικά με ετικέτες γραμμικού κώδικα ή RFID. Να μπορεί να ενημερώνει και να δημιουργεί αναφορές για ημερομηνίες λήξης και απόθεμα και να μπορεί να προετοιμάζει τις επόμενες παραγγελίες με βάση τα καθοριζόμενα από τον χρήστη όρια. Να έχει δυνατότητα επιπλέον διαχείρισης περισσότερων προϊόντων τρίτων προμηθευτών, καθώς και η παρακολούθηση του αποθέματος με συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με το χρόνο λήξης των υλικών».

Παρακαλούμε την συμπλήρωση των προδιαγραφών βάση των προαναφερθέντων προτάσεων μας, εκτιμούμε δε ότι με το τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή περισσότερων εταιρειών προς όφελος του Νοσοκομείου σας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την εταιρεία

SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ